

ANALYSEUR PERMO LOG 2

PH/CHLORE

code article P0002924

Analyseurs / régulateurs de pH et chlore dans l'eau des piscines permettant de contrôler en continu la qualité de l'eau recyclée et d'ajuster en permanence les valeurs mesurées par rapport aux valeurs fixées par l'arrêté du 7 avril 1981 relatif au décret n° 81-324 du 7 avril 1981 soit : **0,4 mg/l < chlore libre actif < 1,4 mg/l 6,9 < pH < 7,7.**

Caractéristiques :

- Mesure des valeurs de pH et de chlore libre dans l'eau des piscines. Les électrodes de mesures sont installées dans une chambre de mesure en dérivation de la canalisation
- Analyse et régulation du chlore libre même en présence de stabilisant
- Affichage direct de la valeur en mg / l de chlore libre (DPD 1)
- Possède un étalonnage très simple.
- Affichage en permanence de la température
- Commande directe des organes de dosage en 220 V/mono.



Mesures et régulations		
Paramètres	Echelles de mesure	Précision
T°C	de -5 à 45°C	+/- 0,5 %
pH	de 0 à 14	de -5 à 45°C
chlore	de 0 à 10 ppm	de -5 à 45°C

www.bwtpermo.fr

Siège social : 103, rue Charles-Michels
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE



Un réseau national à votre service :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, IDF EST, IDF OUEST, LILLE, LYON, MARSEILLE, NANCY, REIMS, RENNES, ROUEN, TOURS, et EXPORT.

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.

For You and Planet Blue