

GAMME de MAINTENANCE et D'EXPLOITATION

T2

TYPE D'APPAREIL: OZONEUR STERITRON ELAP 4-4

Item grisé = Prestation pouvant être assurée par BWT PERMO dans le cadre d'un contrat.

Item	Action	Périodicité									Commentaire	Références pièces de rechange ou consommable
		J	H	M	T	S	A	2A	5A	10A		
1	Relevé Température	X									Plage de fonctionnement: 15 - 45 °C	
2	Relevé Intensité	X									Plage de fonctionnement: 30 - 60 A	
3	Relevé Tension	X									Plage de fonctionnement: 2,2 - 4,5 V	
4	Relevé Débit	X									Plage de fonctionnement: 100 - 300 l/h	
5	Validation de la production d'ozone	X									Le suivie se fait par le biais de la mesure d'ozone en départ boucle.	
6	*Anode					*X					Chaque changement de membrane donne lieu au remplacement de cette pièce.	P0999501 - Repère: ①
7	*Cathode					*X					Chaque changement de membrane donne lieu au remplacement de cette pièce.	P0999502 - Repère: ②
8	*Set Membranes					*X					Le set de membrane sert pour une intervention. A partir du moment où le set est ouvert, il n'est plus possible de le conserver (deuxième membrane utilisé ou non).	P0999591 - Repère: ③
9	Filtre ventilateur					X					Cette fréquence peut être variable suivant le local où se trouve le générateur.	P0972083 - Repère: ④
10	Set de joint						X					P0999590 - Repère: ⑤
11	Batterie de secours						X					P0950641 - Repère: ⑥
12	Transformateur										Un control annuel via un système type "caméra thermique" permettra de déterminer s'il convient de faire un changement de celui-ci	P0941889 - Repère: ⑦
13	Power block							X				P0941932 - Repère: ⑧
14	Support Anode							X				P0999926 - Repère: ⑨
15	Isolant supérieur Anode							X				P0999927 - Repère: ⑩
16	Carte Centrale								X			P0977134 - Repère: ⑪

* La périodicité peut être diminuée suivant la qualité d'eau et les fréquences de désinfection mises en œuvre sur l'installation.

J	Journalier
H	Hebdomadaire
M	Mensuel
T	Trimestriel
S	Semestriel
A	Annuel
2A	Tous les 2 ans
5A	Tous les 5 ans
10A	Tous les 10 ans

